

**PACKAGE INSERT****REF** A0016912**RPI-Check**

Leverancier  
Mechatronics Instruments B.V.  
Postbus 225  
1620 AE Hoorn  
Nederland  
**Telefoon:**+31 229 291 129  
**Fax:**+31 229 241 534

**Beoogd gebruik**

RPI-Check is een isotone oplossing dat wordt gebruikt in de dagelijkse routine om de werking van de meetfuncties binnen de RPI te monitoren. Als er een verschuiving wordt bepaald, kan het zijn dat de RPI onderhoud nodig heeft. De nauwkeurigheid van RPI-Check is gegarandeerd door middel van RR Mechatronics metingen en kwaliteitscontrole procedures, en gebaseerd op een Certified Reference Material, geproduceerd door het Deens Nationaal Metrologisch instituut.

De toegekende waarden zoals opgeslagen in de RFID tag heeft een onzekerheid van  $U(k=2)$  op 0.025 mS/cm. RPI-Check is alleen voor gebruikt in een RPI instrument. Het product is klaar voor gebruik, zie de instrumenthandleiding voor meer details .

**Instructies voor gebruik**

1. Open de deur.
2. Verwijder de lege fles uit het instrument en vervang deze met een nieuwe. Gebruik altijd een fles die tenminste 24 uur naar omgevingstemperatuur geacclimatiseerd is.
3. Plaats de fles met de NFC-tag tegenover de NFC-reader om de RPI de NFC goed te laten lezen.
4. Sluit de deur.

**Chemische / Fysische gegevens**

De laatste versie van het Veiligheidsdatablad is beschikbaar op de website [www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

**Transport/Opslag/Verpakking**

Transport en opslag bij 5-35 °C

RPI-Check wordt geleverd in 1L plastic flessen (HDPE GL45), bestelnummer A0020487 (12 stuks).

**Veiligheid**

Elk serieus incident dat is geweest in combinatie met dit product dient gerapporteerd te worden aan de distributeur en/of de producent en de juiste lokale autoriteiten.

**Houdbaarheid**

**Na productie:** 18 maanden, maar niet langer dan de vervaldatum.

**Na opening van de verpakking:** Maximum van 14 dagen bij een geadviseerde temperatuur van 5 tot 35°C.

**Ecologische informatie**

Weinig gevaarlijk voor water.

**Verwijdering**

**Aanbeveling** Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**Aanbevolen reinigingsmiddel** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.  
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands  
[www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

Rev. 2:  
Veiligheidshoofdstuk toegevoegd