

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905

Lieferant

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
Niederlande
Tel:+31 229 291 129
Fax:+31 229 241 534

Starrsed Cleaning Agent**Zweckbestimmung**

Produkt zur Entfernung von Proteinablagerungen aus Westergren-Pipetten von Starrsed ESR-Analysatoren.

Gebrauchsanweisung

Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Starrsed-Analysatoren bestimmt. Das Produkt ist gebrauchsfertig, eine ausführliche Anleitung finden Sie im Starrsed-Gerätehandbuch.

1. Füllen Sie den Adapter mit heissem Aqua dest. bis zur ersten Markierung.
2. Fügen Sie Cleaning agent (QRR 010905) **bis zur zweiten Markierung zu**.
3. Verschliessen Sie den Adapter mit den zwei Stopfen und mischen Sie gut.
4. Platzieren Sie den gefüllten Reinigungsadapter gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts auf dem Gerät und starten Sie den Füll- und Reinigungsvorgang.

Chemische/Physikalische Daten

Enthält Tenside in einer alkalischen wässrigen Umgebung als Wirkstoff. Um die Reinigungsleistung zu steigern, enthält dieses Reagenz einige Hilfsstoffe (Bildner und Sequestermittel).

Die neueste Version der Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten Reagenzien finden Sie auf unserer Website www.rrmechatronics.com

Transport/Lagerung/Verpackung

Transportbedingungen: 5–60 °C, maximal 14 Tage lang.

Lagern Sie das Konzentrat bei 15–25 °C in dem verschlossenen Behälter, in dem es geliefert wird, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und fernab von starken Säuren und Aluminium.

Starrsed-Reinigungsmittel wird in 100-ml-Flaschen geliefert. QRR010905: 1 Flasche

Sicherheit

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignet hat, muss dem Händler und/oder Hersteller und den zuständigen lokalen Behörden gemeldet werden.

Haltbarkeit

Nach der Produktion: 5 Jahre, jedoch nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus.

Nach dem Öffnen der Verpackung: Maximal 3 Monate bei empfohlener Temperatur von 5 bis 25°C.

Umweltspezifische angaben

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

Entsorgung

Empfehlung Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Überarbeitung aufgrund der IVDR-Registrierung

Website unter Herstelleradresse hinzugefügt

Komponentenbeschreibung und Sicherheitskapitel hinzugefügt

Lagertemperatur geändert (entspricht Etikett)

Einheitenwechsel von 2 auf 1 bestellen