

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905**Starrsed Cleaning Agent**

Toimittaja
Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Puhelin:+31 229 291 129
Faksi:+31 229 241 534

käyttötarkoituksella

Tuote, joka on tarkoitettu proteiinikertymien poistamiseen Starrsed ESR-analysaattoreiden Westergren-pipeteistä.

Käyttöohjeet

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Starrsed-analysaattoreiden kanssa. Tuote on käyttövalmis; katso tarkat ohjeet Starrsed-instrumentin käyttöohjeista.

1. Täytä puhdas sovitin kuumalla deionisoidulla vedellä.
2. Lisää Starrsed Cleaning Agent **-puhdistusainetta** sovittimen kuumaan veteen.
3. Aseta korkki sovittimeen ja sekoita hyvin.
4. Aseta täytetty puhdas sovitin instrumenttiin instrumentin ohjeiden mukaisesti ja käynnistä täyttö- ja puhdistusmenettely.

Kemialliset/fysikaaliset tiedot

Sisältää pinta-aktiivisia aineita emäksisessä vesipohjaisessa ympäristössä vaikuttavana aineena. Puhdistustehon parantamiseksi tämä reagenssi sisältää joitakin apuaineita (kehittäjä ja vedenpehmentysaine). Käyttöturvallisuustiedotteen uusin versio on saatavilla osoitteesta www.rrmechatronics.com

Kuljetus/Varastointi/Pakkaus

Kuljetusolosuhteet: 5–60 °C, enint. 14 päivää.

Säilytä konsentraatti 15–25 °C:ssa säiliössä, jossa se toimitetaan, suljettuna, poissa suorasta auringonvalosta ja etäällä vahvoista hapoista sekä alumiinista.

Starrsed-Cleaning Agent toimitetaan 100 ml n pulloissa. QRR010905: 1 pullo

Turvallisuutta

Kaikista tuotteen käytön yhteydessä ilmenneistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava jälleenmyyjälle ja/tai valmistajalle sekä toimivaltaisille paikallisille viranomaisille.

Varastointiaika

Tuotannon jälkeen: 5 vuotta, mutta enintään päättyy päivä.

Avaamisen jälkeen pakkausta: Enintään 3 kuukauden lämpötilan ollessa 5 asti 25°C.

Ekologiset tiedot

Tuote on biologisesti hajoava.

Hävittäminen

Suositus Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

Suosittelava puhdistusaine Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

IVDR-rekisteröinnistä johtuva muutos

Verkkosivusto lisätty valmistajan osoitteen alle

Komponenttien kuvaus ja turvallisuus -kappale lisätty

Säilytyslämpötila muutettu (vastaa etikettiä)

Tilauksyksikön vaihto 2:sta 1:een