

PACKAGE INSERT**REF** QRR010931**Starrsed Diluent**

Toimittaja
Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Puhelin:+31 229 291 129
Faksi:+31 229 241 534

käyttötarkoituksella

Tuote, joka verinäytteiden automaattiseen laimennukseen Starrsed ESR -analysaattoreissa. Tuote on käyttövalmis, katso ohjeet instrumentin käyttöohjeesta.

Käyttöohjeet

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Starrsed-analysaattoreiden kanssa. Tuote on käyttövalmis; katso tarkat ohjeet Starrsed-instrumentin käyttöohjeista.

Starrsed ST:

1. Avaa laatikko repimällä irti laatikon yläosan rei'itetty osa.
2. Poista astian kierrekorkki ja vedä pullopakkauksen kaula ulos pahvilaatikosta.
3. Täytä Starrsed-instrumentin integroitu astia uudelleen instrumentin käyttöohjeiden mukaisesti.

Kaikki muut Starrsed-instrumentit:

1. Poista pinnankorkeusanturi ja välike tyhjästä astiasta instrumentissa.
2. Poista tyhjä astia.
3. Aseta uusi astia paikalleen.
4. Avaa laatikko repimällä irti laatikon yläosan rei'itetty osa.
5. Poista astian kierrekorkki ja vedä pullopakkauksen kaula ulos pahvilaatikosta.
6. Asenna pinnankorkeusanturi ja välike Starrsed-instrumentin käyttöohjeiden kuvien mukaisesti. Muista asettaa sopiva pinnankorkeusanturi astiaan täsmäämällä putken värikoodi astian etiketin värikoodin kanssa.
7. Suorita pohjustus valitsemalla Starrsed-instrumentin ohjelmistosta PRIME-toiminto.

Kemialliset/fysikaaliset tiedot

Sisältää isotonisen sitraattimäärän (< 3,5 % painosta) yhdessä säilöntäainenaatriumatsidin kanssa (< 0,5 ‰ painosta). Käyttöturvallisuustiedotteen uusin versio on saatavilla osoitteesta www.rrmechatronics.com

Kuljetus/Varastointi/Pakkaus

Kuljetus 5–60 °C:ssa (enint. 14 päivää).

Säilytä 5–35 °C:ssa kuivissa olosuhteissa, hyvin suljetuissa astioissa. . Starrsed Diluent toimitetaan 5 litran säiliöissä, P x L x K 19 x 19 x 19 cm.

Turvallisuutta

Kaikista tuotteen käytön yhteydessä ilmenneistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava jälleenmyyjälle ja/tai valmistajalle sekä toimivaltaisille paikallisille viranomaisille.

Varastointiaika

Tuotannon jälkeen: 3 vuotta, mutta enintään päättävä päivä.

Avaamisen jälkeen pakkausta: Enintään 3 kuukauden lämpötilan ollessa 5 asti 25°C.

Ekologiset tiedot

Vesistövaarallisuusluokka (D) (Itsearviointi)

: Lievästi vesistöä vaarantava.

Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

Hävittäminen

Suositus Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

Suosittelava puhdistusaine Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaq, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5:

IVDR-rekisteröinnistä johtuva muutos

Verkkosivusto lisätty valmistajan osoitteen alle

Komponenttien kuvaus ja turvallisuus -kappale lisätty