

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905**Fournisseur**

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
Pays-Bas
Téléphone:+31 229 291 129
Fax:+31 229 241 534

Starrsed Cleaning Agent**Destination**

Produit pour éliminer le dépôt de protéines des pipettes Westergren pour les analyseurs de VS Starrsed.

Mode d'emploi

Ce produit est destiné à être utilisé sur les analyseurs Starrsed uniquement. Il ne doit être utilisé qu'en dilution, se reporter au manuel de l'instrument Starrsed pour des instructions détaillées.

1. Remplir l'adaptateur propre avec de l'eau chaude désionisée jusqu'à la première marque dans l'adaptateur.
2. Ajouter l'adaptateur Agent nettoyant Starrsed **jusqu'à atteindre la seconde marque sur l'adaptateur**
3. Placer le(s) bouchon(s) sur l'adaptateur et bien mélanger.
4. Placer l'adaptateur de nettoyage rempli sur l'instrument en suivant les instructions de l'instrument et lancer la procédure de remplissage (Fill) et de nettoyage (Clean).

Données chimique/physiques

Contient des tensioactifs dans un environnement alcalin aqueux comme ingrédient actif. Pour améliorer les performances de nettoyage, ce réactif contient des excipients (agents de construction et séquestrants).
La version la plus récente de la Fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.rmechatronics.com

Transport/Stockage/Emballages

Conditions de transport : 5 à 60 °C, avec un maximum de 14 jours.
Conserver le concentré à 15 à 25 °C, dans le récipient dans lequel il est fourni, scellé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des acides forts et de l'aluminium.
L'agent nettoyant Starrsed se vend par flacons de 100 ml. QRR010905 : 1 bouteille

Durée de conservation

Après fabrication: 5 ans, mais pas plus que la date d'expiration.

Après l'ouverture de l'emballage: Un maximum de 3 mois à température conseillée de 5 à 25 °C.

Informations écologiques

Le produit est biodégradable.

Élimination

Recommandation Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Produit de nettoyage recommandé Eau, éventuellement avec addition de produit de nettoyage.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, Pays Bas

Rev. 5

Révision en raison de l'enregistrement conformément à la réglementation IVDR

Site web ajouté sous l'adresse du fabricant

Ajout de la description des composants et du chapitre sur la sécurité

Température de stockage modifiée (égale à l'étiquette)

Changement d'unité de commande de 2 à 1