

**PACKAGE INSERT****REF** QRR010946**Fournisseur**

Mechatronics Instruments B.V.  
De Corantijn 13  
1689 AN Zwaag  
Pays-Bas  
**Téléphone:**+31 229 291 129  
**Fax:**+31 229 241 534

**Starrsed X-Clean****Destination**

Produit pour le nettoyage automatique des pipettes Westergren pour les analyseurs de VS Starrsed.

**Mode d'emploi**

Ce produit est destiné à être utilisé sur les analyseurs Starrsed indiqués uniquement. Il est prêt à l'emploi, se reporter au manuel de l'instrument pour des instructions détaillées.

1. Ouvrir la boîte en arrachant la partie perforée sur le dessus de la boîte.
2. Retirer le bouchon à vis du contenant et retirer le goulot de l'emballage de la bouteille de la boîte en carton.
3. Remplir le réservoir de l'instrument en suivant les instructions du manuel de l'instrument.

**Données chimique/physiques**

Contient des tensioactifs principaux (0,5 % en poids au total) en tant que principe actif et certains excipients pour améliorer les performances de nettoyage (< 0,25 % en poids au total) et l'azoture de sodium conservateur (< 0,5 ‰ en poids).

La version la plus récente de la Fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

**Transport/Stockage/Emballages**

Conditions de transport : 5 à 60 °C, avec un maximum de 14 jours, à conserver au sec dans des récipients hermétiquement fermés, à des températures de 5 à 35 °C, de préférence de 18 à 30 °C.

Starrsed X-Clean est fourni en réservoirs de 5 litres, LxWxH 19x19x19 cm.

**Sécurité**

Tout incident grave survenu en relation avec le produit doit être signalé au distributeur et/ou au fabricant et aux autorités locales compétentes.

**Durée de conservation**

**Après fabrication:** 2 ans, mais pas plus que la date d'expiration.

**Stabilité en cours d'utilisation:** Un maximum de 3 mois à température conseillé de 5 à 25 °C.

**Informations écologiques**

Généralement pas dangereux pour l'eau.

**Élimination**

**Recommandation** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Produit de nettoyage recommandé** Eau, éventuellement avec addition de produit de nettoyage.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.  
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands  
[www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

Rev. B01  
Destination modifié