

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905

Fornitore

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telefono:+31 229 291 129
Fax:+31 229 241 534

Starrsed Cleaning Agent**Destinazione d'uso**

Prodotto da utilizzare per rimuovere i depositi proteici dalle pipette Westergren degli analizzatori Starrsed ESR.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sugli analizzatori Starrsed. Il prodotto è pronto per l'uso, fare riferimento al manuale Starrsed per le istruzioni dettagliate.

1. Riempire l'adattatore di pulizia con acqua deionizzata calda fino alla prima tacca dell'adattatore.
2. Aggiungere il Starrsed Cleaning Agent nell'adattatore fino alla seconda tacca.
3. Mettere i due tappi sull'adattatore e miscelare con cura.
4. Posizionare l'adattatore pulito riempito sullo strumento attenendosi alle istruzioni dello strumento e avviare la procedura di riempimento e pulizia.

Dati chimici/fisici

Contiene tensioattivi in un ambiente alcalino acquoso come principio attivo. Per migliorare le prestazioni di pulizia, questo reagente contiene alcuni eccipienti (agenti costituenti e sequestranti).

La versione più recente della Safety Data Sheet (SDS) dei reagenti usati è reperibile nel nostro sito web www.rrmechatronics.com

Trasporto/Stoccaggio/Imballaggi

Condizioni di trasporto: 5 - 60 °C per massimo 14 giorni.

Conservare il concentrato a 15 - 25 °C nel contenitore in cui viene fornito, sigillato, lontano dalla luce solare diretta e da acidi forti e alluminio.

Starrsed Cleaning agent viene fornito in bottiglia da 100 ml. QRR010905: 1 bottiglia

Sicurezza

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al prodotto deve essere segnalato al distributore e/o al produttore e alle autorità locali competenti.

Durata di conservazione

Dopo la produzione: 5 anni, ma non oltre la data di scadenza.

Dopo aver aperto la confezione: Massimo di 3 mesi a temperatura consigliata tra i 5 e i 25°C.

Informazioni ecologiche

Prodotto è biodegradabile.

Smaltimento

Consigli Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Detergente consigliato Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revisione dovuta alla registrazione IVDR

Sito web aggiunto sotto l'indirizzo del produttore

Aggiunta la descrizione dei componenti e un capitolo sulla sicurezza

Temperatura di conservazione modificata (uguale all'etichetta)

Cambio dell'unità di ordinazione da 2 a 1