

PACKAGE INSERT**REF** QRR010933**Fornitore**

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telefono:+31 229 291 129
Fax:+31 229 241 534

Starrsed Saline**Destinazione d'uso**

Prodotto per la pulizia automatica del gruppo ago e ugello di riempimento negli analizzatori Starrsed ESR. Il prodotto è pronto per l'uso, fare riferimento al manuale per le istruzioni dettagliate.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sugli analizzatori Starrsed. Il prodotto è pronto per l'uso, fare riferimento al manuale Starrsed per le istruzioni dettagliate.

Tutti gli altri strumenti Starrsed:

1. Rimuovere il sensore di livello e il distanziatore dal contenitore vuoto nello strumento.
2. Rimuovere il contenitore vuoto.
3. Posizionare il nuovo contenitore.
4. Aprire la scatola strappando la parte perforata sulla parte superiore della scatola.
5. Rimuovere il tappo a vite del contenitore ed estrarre il collo del pacco di flaconi dalla scatola di cartone.
6. Installare il sensore di livello e il distanziatore secondo le immagini fornite nel manuale dello strumento Starrsed. Assicurarsi di posizionare il sensore di livello appropriato nel contenitore facendo corrispondere il codice colore sul tubo e sull'etichetta del contenitore.
7. Selezionare la funzione PRIME nel software dello strumento Starrsed per eseguire il prime.

Dati chimici/fisici

Contiene un reagente di pulizia isotonic, tampone fosfato (<2‰ in peso), inclusi alcuni eccipienti (sale e agente umidificante; <8‰ in peso complessivamente) e azoturo di sodio come conservante (<0,5‰ in peso).

La versione più recente della Safety Data Sheet (SDS) dei reagenti usati è reperibile nel nostro sito web www.rmechtronics.com

Trasporto/Stoccaggio/Imballaggi

Trasporto a 5 - 60 °C (massimo per 14 giorni).

Conservare a 5 - 35 °C in un luogo asciutto e in contenitori ben sigillati. Starrsed Saline fornito in contenitori da 5 litri, LxPxH ,19x19x19 cm.

Sicurezza

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al prodotto deve essere segnalato al distributore e/o al produttore e alle autorità locali competenti.

Durata di conservazione

Dopo la produzione: 3 anni, ma non oltre la data di scadenza.

Dopo aver aperto la confezione: Massimo di 3 mesi a temperatura consigliata tra i 5 e i 25°C.

Informazioni ecologiche

Generalmente non pericolo per le acque.

Smaltimento

Consigli Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Detergente consigliato Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revisione dovuta alla registrazione IVDR

Sito web aggiunto sotto l'indirizzo del produttore

Aggiunta la descrizione dei componenti e un capitolo sulla sicurezza