

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905**Tiekėjas**

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands (Nyderlandai)
Telefonas: +31 229 291 129

Starrsed Cleaning Agent**Paskirtis**

Gaminys skirtas baltymų nuosėdoms nuo Starrsed ESR analizatorių Westergren pipečių šalinti.

Naudojimo instrukcijos

Gaminys skirtas naudoti tik Starrsedanalizatoriuose. Gaminį galima naudoti tik atskiestą – išsamūs nurodymai pateikti Starrsedpriedais vadove.

1. Pripildykite švarų adapterį (iki pirmosios žymos) karšto dejonizuoto vandens.
2. Įpilkite Starrsedvalymo priemonės **iki antrosios adapterio žymos**.
3. Uždėkite dangtelį (-ius) ant adapterio ir gerai išmaišykite.
4. Įdėkite pripildytą švarų adapterį į prietaisą, vadovaudamiesi prietaiso instrukcija, ir pradėkite užpildymo ir valymo procedūrą.

Cheminės ir fizinės savybės

Sudėtyje kaip veikliosios medžiagos yra surfaktantų šarminėje vandeninėje aplinkoje. Kad valyti būtų efektyviau, šio reagento sudėtyje yra tam tikrų pagalbinių medžiagų (formuojamosios ir atskiriamosios medžiagos). Naujausią saugos duomenų lapo versiją galima rasti interneto svetainėje www.rrmechatronics.com.

Transportavimas / laikymas / pakuotės

Stabilumas gabenant: 5–60 °C, ne ilgiau kaip 14 dienų.

Koncentratą laikykite 15–25 °C temperatūroje, originaliame inde, sandariai uždarytą, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių ir atokiau nuo stiprių rūgščių ir aliuminio.

Starrsed Cleaning agent tiekama 100 ml buteliukuose. QRR010905: 1 buteliukas

Saugumas

Apie visus svarbius su šiuo gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti platintojui ir (arba) gamintojui ir kompetentingoms vietos institucijoms.

Galiojimo laikas

Pagaminius: 5 metai, bet ne ilgiau kaip iki galiojimo pabaigos datos.

Stabilumas naudojant: Ne ilgiau kaip 3 mėnesius rekomenduojamoje 5–25 °C temperatūroje.

Aplinkos apsaugos informacija

Gaminys yra biologiškai skaidus.

Išmetimas

Rekomendacija: Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilkite į kanalizaciją. Išmesti reikia laikantis oficialių reikalavimų.

Rekomenduojama valymo priemonė Vanduo, jei reikia naudoti su valymo priemone.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Peržiūra dėl IVDR registracijos, pakeistas paskirties aprašymas

Prie gamintojo adreso pridėta interneto svetainė

Pridėtas komponentų aprašymas ir skyrius apie saugą

Pakeista laikymo temperatūra (lygi etiketėje)

Užsakymo vienetas pakeistas iš 2 į 1