

PACKAGE INSERT**REF** QRR010946**Starrsed X-Clean****Tiekėjas**

Mechatronics Instruments B.V.
De Corantijn 13
1689 AN Zwaag
The Netherlands (Nyderlandai)
Telefonas: +31 229 291 129

Paskirtis

Gaminys, skirtas Starrsed ESR analizatorių Westergren pipetėms automatiškai valyti.

Naudojimo instrukcijos

Gaminys skirtas naudoti tik nurodytuose Starrsedanalizatoriuose. Gaminys paruoštas naudoti – išsamūs nurodymai pateikti prietaiso vadove.

1. Atidarykite dėžutę nuplėsdami perforuotąją dėžutės dangtelio dalį.
2. Nuimkite užsukamąjį dangtelį nuo indo ir iš kartoninės dėžutės ištraukite buteliuko kaklelį.
3. Vėl pripildykite prietaise integruotą indą vadovaudamiesi prietaiso vadove pateiktais nurodymais.

Cheminės ir fizinės savybės

Sudėtyje kaip veikliosios medžiagos yra pagrindinių surfaktantų (0,5 % svorio), pagalbinių medžiagų, kad valyti būtų efektyviau (<0,25 % svorio), ir konservanto natrio azido (<0,5 % svorio).

Naujausią saugos duomenų lapo versiją galima rasti interneto svetainėje www.rmechtronics.com.

Transportavimas / laikymas / pakuotės

Stabilumas gabenant: 5–60 °C, ne ilgiau kaip 14 dienų.

Laikykite sausoje aplinkoje, gerai uždarytuose induose, 5–35 °C (geriausia 18–30 °C) temperatūroje.

Starrsed X-Clean tiekiamas 5 litrų induose, I x P x A = 19 x 19 x 19 cm.

Saugumas

Apie visus svarbius su šiuo gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti platintojui ir (arba) gamintojui ir kompetentingosioms vietos institucijoms.

Galiojimo laikas

Pagaminus: 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki galiojimo pabaigos datos.

Stabilumas naudojant: Ne ilgiau kaip 3 mėnesius rekomenduojamoje 5–25 °C temperatūroje.

Aplinkos apsaugos informacija

Paprastai nepavojingas vandeniui.

Išmetimas

Rekomendacija: Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilkite į kanalizaciją. Išmesti reikia laikantis oficialių reikalavimų.

Rekomenduojama valymo priemonė Vanduo, jei reikia naudoti su valymo priemone.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rmechtronics.com

Rev. B01
Paskirtis modifikuotas