

PACKAGE INSERT**REF** QRR010947**Tiekėjas**

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands (Nyderlandai)
Telefonas: +31 229 291 129

Starrsed Disinfectant**Paskirtis**

Gaminys, skirtas Starrsed ESR analizatorių atliekų sistemai automatiškai dezinfekuoti.

Naudojimo instrukcijos

Gaminys skirtas naudoti tik Starrsedanalizatoriuose. Gaminys paruoštas naudoti – išsamūs nurodymai pateikti Starrsedpriedaiso vadove.

1. Išimkite lygio jutiklį ir tarpiklį iš tuščio indo prietaise.
2. Išimkite tuščią indą.
3. Įdėkite naują indą.
4. Atidarykite dėžutę nuplėsdami perforuotąją dėžutės dangtelio dalį.
5. Nuimkite užsukamąjį dangtelį nuo indo ir iš kartoninės dėžutės ištraukite buteliuko kaklelį.
6. Lygio jutiklį ir tarpiklį sumontuokite vadovaudamiesi Starrsedpriedaiso vadove pateiktais paveikslėliais. Įsitikinkite, kad į indą dedate tinkamą lygio jutiklį: spalva ant vamzdelio turi sutapti su spalva indo etiketėje.
7. Norėdami užpildyti, pasirinkite Starrsedpriedaiso programinės įrangos funkciją PRIME (užpildyti).

Cheminės ir fizinės savybės

Sudėtyje yra aktyviojo chloro (<1 % svorio) ir pagalbinių medžiagų (iš viso 0,5 %).
Naujausią saugos duomenų lapo versiją galima rasti interneto svetainėje www.rrmechatronics.com.

Transportavimas / laikymas / pakuotės

Stabilumas gabenant: 5-60 °C (ne ilgiau kaip 14 dienų).

Laikyti 5–35 °C temperatūroje sausoje aplinkoje, gerai uždarytuose induose. Starrsed Disinfectant tiekiamas 5 litrų induose, I x P x A = 19 x 19 x 19 cm.

Saugumas

Apie visus svarbius su šiuo gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti platintojui ir (arba) gamintojui ir kompetentingosioms vietos institucijoms.

Galiojimo laikas

Pagaminius: 2 metai, bet ne ilgiau kaip iki galiojimo pabaigos datos.

Stabilumas naudojant: Ne ilgiau kaip 3 mėnesius rekomenduojamoje 5–25 °C temperatūroje.

Aplinkos apsaugos informacija

Pavojingumo vandeniui klasė (D) (Savarankiškas vertinimas): Šiek tiek pavojingas vandeniui.

Neleiskite, kad neatskiestas gaminys ar dideli jo kiekiai patektų į gruntinius vandenį, vandens telkinius ar kanalizaciją.

Išmetimas

Rekomendacija: Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilkite į kanalizaciją. Išmesti reikia laikantis oficialių reikalavimų.

Rekomenduojama valymo priemonė Vanduo, jei reikia naudoti su valymo priemone.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Peržiūra dėl IVDR registracijos, pakeistas paskirties aprašymas

Prie gamintojo adreso pridėta interneto svetainė

Pridėtas komponentų aprašymas ir skyrius apie saugą