

PACKAGE INSERT**REF** QRR010934**Leverandør**

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telefon:+31 229 291 129
Faks:+31 229 241 534

Starrsed Rinse solution 20L**Tiltenkte formål**

Produkt for automatisk skylling av Westergren-pipetter i Starrsed ESR-analysatorer.

Bruksanvisning

Produktet skal bare brukes med Starrsed-analysatorer. Produktet er klart for bruk, se detaljerte instruksjoner i instrumenthåndboken for Starrsed.

1. Fjern nivåsensoren og mellomstykket fra den tomme beholderen i instrumentet.
2. Fjern den tomme beholderen.
3. Sett på plass den nye beholderen.
4. Åpne esken ved å dra av den perforerte delen oppå esken.
5. Fjern beholderens skrukork og dra halsen på flaskepakningen ut av pappesken.
6. Installer nivåsensoren og mellomstykket i henhold til bildene i instrumenthåndboken for Starrsed.
Påse at en egnet nivåsensor plasseres i beholderen, ved å matche fargekoden på slangen og på beholderetiketten.
7. Velg PRIME-funksjonen i programvaren for Starrsed-instrumentet for å utføre primingen.

Kjemiske/Fysiske egenskaper

Inneholder overflateaktive stoffer (2 ‰ vekt) og noen hjelpestoffer (<1,5 ‰ vekt totalt) for å øke rengjøringen med overflateaktive stoffer og konserveringsmidlet natriumazid (< 0,5 vekt ‰).

Den nyeste versjonen av Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på vårt nettsted www.rrmechatronics.com.

Transport/Oppbevaring/Emballasje

Transport ved 5–60 °C (i maksimum 14 dager).

Oppbevares ved 5–35 °C tørt i godt forseglede beholdere. Starrsed Rinse solution QRR 010934 leveres i 20 liters beholdere, LxBxH 38,5 x 25,5 x 27,5 cm.

Sikkerhet

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med produktet, må rapporteres til distributøren og/eller produsenten og kompetente lokale myndigheter.

Holdbarhet

etter produksjon: 2 år, men ikke lenger enn utløpsdatoen.

Etter å ha åpnet pakken: Maksimum 3 mnd ved anbefalt temperatur på 5 til 25 °C.

Miljøopplysninger

Generelt ikke farlig for vann.

Disponering

Anbefaling Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Anbefalt rengjøringsmiddel Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revisjon grunnet IVDR-registrering

Nettside lagt til under produsentadresse

Komponentbeskrivelse og sikkerhetskapittel lagt til