

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905

Fornecedor
Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telephone: +31 229 291 129

Starrsed Cleaning Agent**Finalidade prevista**

Produto para remover o depósito de proteínas das pipetas de Westergren dos analisadores Starrsed de VHS.

Instruções de utilização

O produto deve ser utilizado apenas nos analisadores Starrsed. O produto está pronto a ser usado. Consulte o manual do instrumento Starrsed para instruções detalhadas.

1. Enche o adaptador de limpeza com água quente desionizada.
2. Adicione 15 ml de Starrsed Cleaning Agent à água quente no adaptador.
3. Coloque a tampa no adaptador e misture bem.
4. Coloque o adaptador de limpeza cheio no instrumento de acordo com as instruções do instrumento e inicie o procedimento Encher e Limpar.

Propriedades físicas e químicas

Contém tensoativos num ambiente aquoso alcalino como ingrediente ativo. Para melhorar o desempenho da limpeza, este reagente contém alguns excipientes (agente de volume e sequestrante)

A versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança está disponível no website www.rrmechatronics.com

Transporte/Storage/Embalagem

Condições de transporte: 5 - 60 °C, com um máximo de 14 dias.

Armazene o concentrado a 15 - 25 °C no recipiente no qual é fornecido, selado, ao abrigo da luz solar direta e afastado de ácidos fortes e alumínio.

Starrsed Cleaning Agent fornecido em garrafas de 100 ml. QRR010905: 1 garrafa

Segurança

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o produto deve ser comunicado ao distribuidor e/ou fabricante e às autoridades locais competentes.

Validade

Após produção: 5 anos, mas não após o prazo de validade.

Depois de abrir a embalagem: Máximo de 3 meses à temperatura aconselhada de 5 até 25 °C.

Informação toxicológica

O produto é biodegradável.

Disposição

Recomendação Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

Meio de limpeza recomendado Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revisão devido a registo IVDR

Website adicionado sob o endereço do fabricante

Descrição do componente e capítulo de segurança adicionados

Temperatura de armazenamento alterada (igual à etiqueta)

Mudança de ordem de unidade de 2 para 1