

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905

Dobavitelj

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands**Telefon:** +31 229 291 129**Fax:** +31 229 241 534**Starrsed Cleaning Agent****Predvideni namen**

Sredstvo za odstranjevanje ostankov beljakovin iz Westergrenovih pipet analizatorjev Starrsed ESR.

Navodila za uporabo

Izdelek se uporablja izključno za analizatorje Starrsed. Izdelek lahko uporabljate le za razredčenje, za podrobna navodila glejte Priročnik za instrumente Starrsed.

1. Napolnite čisti adapter z vročo deionizirano vodo do prve oznake na adapterju.
2. Dodajte čistilno sredstvo Starrsed Cleaning Agent **do druge oznake v adapterju**.
3. Namestite pokrovček na adapter in dobro premešajte.
4. Napolnjen čisti adapter položite na instrument v skladu z navodili za instrument in zaženite postopek polnjenja in čiščenja.

Kemični/Fizikalni podatki

Vsebuje surfaktante v alkalnem vodnem okolju kot aktivno sestavino. Za povečanje učinkovitosti čiščenja ta reagent vsebuje nekaj pomožnih snovi (sredstvo za mehčanje in sekvestriranje)

Najnovejša različica varnostni lista je na voljo na spletnem mestu www.rrmechatronics.com

Transport / Skladiščenje / Embalaža

Pogoji prevoza: 5 - 60 °C, z največ 14 dnevi.

Koncentrat shranjujte pri 15 - 25 °C v posodi, v kateri je dobavljen, zaprt, pred neposrednimi sončnimi žarki in stran od močnih kislin in aluminija.

Čistilno sredstvo Starrsed je na voljo v steklenicah po 100 ml. QRR010905: 1 steklenica

Varnost

O vsakem resnem incidentu v zvezi z izdelkom je treba obvestiti distributerja in/ali proizvajalca ter pristojne lokalne organe.

Rok uporabnosti

Po proizvodnji: 5 leta, vendar ne dlje od datuma izteka.

Stabilnost med uporabo: Največ 3 mesece pri priporočeni temperaturi od 5 do 25 °C.

Ekološke informacije

Izdelek biološko razgradljiv.

Odstranjevanje

Priporočilo Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dispustiti, da odteče v kanalizacijo. Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

Priporočena čistila Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revizija zaradi registracije IVDR.

Spletno mesto dodano pod naslov proizvajalca.

Dodana sta opis komponente in poglavje o varnosti.

Spremenjena temperatura shranjevanja (enaka kot na nalepki).

Sprememba enote naročila iz 2 na 1.