

PACKAGE INSERT**REF** QRR010934

Dobavitelj

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands**Telefon:** +31 229 291 129**Fax:** +31 229 241 534**Starrsed Rinse solution 20L****Predvideni namen**

Izdelek za samodejno izpiranje Westergrenovih pipet v analizatorjih Starrsed ESR.

Navodila za uporabo

Izdelek se uporablja samo za Starrsed analizatorje. Izdelek je pripravljen za uporabo, za podrobna navodila glejte Priročnik za instrumente Starrsed.

1. Iz prazne posode instrumenta odstranite senzor nivoja in distančnik.
2. Odstranite prazno posodo.
3. Nastavite novo posodo.
4. Odprite škatlo tako, da odtrgate perforirani del na vrhu škatle.
5. Odstranite navojni pokrov posode in izvlecite grlo steklenice iz kartonske škatle.
6. Namestite senzor nivoja in distančnik v skladu s slikami v Priročniku za instrumente Starrsed.
Namestite ustrezen senzor nivoja v posodo tako, da se ujema z barvno kodo na cevi in na etiketi posode.
7. Za zagon izberite funkcijo PRIME v programski opremi instrumenta Starrsed.

Kemični/Fizikalni podatki

Vsebuje površinsko aktivne snovi (2 mas. %) in nekatere pomožne snovi (skupaj <1,5 mas. %) za izboljšanje čiščenja s površinsko aktivnimi snovmi in konzervans natrijev azid (<0,5 mas. %).

Najnovejša različica varnostni lista je na voljo na spletnem mestu www.rrmechatronics.com

Transport / Skladiščenje / Embalaža

Transport pri 5 - 60 °C (največ 14 dni)

Shranjujte pri 5 - 35 °C v suhih in dobro zaprtih posodah. Starrsed Rinse solution QRR 010934 je na voljo v 20-litrskih posodah, DxŠxV 38,5x25,5x27,5 cm.

Varnost

O vsakem resnem incidentu v zvezi z izdelkom je treba obvestiti distributerja in/ali proizvajalca ter pristojne lokalne organe.

Rok uporabnosti

Po proizvodnji: 2 leta, vendar ne dlje od datuma izteka.

Stabilnost med uporabo: Največ 3 mesece pri priporočni temperaturi od 5 do 25 °C.

Ekološke informacije

Na splošno ni nevarno za vodo.

Odstranjevanje

Priporočilo Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dispustiti, da odteče v kanalizacijo. Odlanganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

Priporočena čistila Voda, po potrebi z dodatkom čistil.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revizija zaradi registracije IVDR.

Spletno mesto dodano pod naslov proizvajalca.

Dodana sta opis komponente in poglavje o varnosti.