

**PACKAGE INSERT****REF** QRR010946**Starrsed X-Clean**

Dobavitelj

Mechatronics Instruments B.V.  
De Corantijn 13  
1689 AN Zwaag  
The Netherlands  
**Telefon:** +31 229 291 129  
**Fax:** +31 229 241 534

**Predvideni namen**

Izdelek za samodejno čiščenje Westergrenovih pipet v analizatorjih Starrsed ESR.

**Navodila za uporabo**

Izdelek se uporablja samo za Starrsed analizatorje. Izdelek je pripravljen za uporabo, za podrobna navodila glejte Priročnik za instrumente Starrsed. .

1. Odprite škatlo tako, da odtrgate perforirani del na vrhu škatle.
2. Odstranite navojni pokrov posode in izvlecite grlo steklenice iz kartonske škatle.

**Napolnite posodo na instrument Starrsed v skladu z navodili v Priročniku za instrumente. Kemični/Fizikalni podatki**

Vsebuje glavne površinsko aktivne snovi (skupaj 0,5 mas. %) kot aktivno sestavino in nekatere pomožne snovi za povečanje učinkovitosti čiščenja (skupaj <0,25 mas. %) ter konzervans natrijev azid (<0,5 mas. ‰). Najnovejša različica varnostni lista je na voljo na spletnem mestu [www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

**Transport / Skladiščenje / Embalaža**

Transport pri 5 - 60 °C (največ 14 dni)  
Shranjujte pri 5 - 35 °C v suhih in dobro zaprtih posodah, najbolje pri 18 do 30°C.  
Starrsed X-Clean je na voljo v 5-litrskih posodah, DxŠxV 19x19x19 cm.

**Varnost**

O vsakem resnem incidentu v zvezi z izdelkom je treba obvestiti distributerja in/ali proizvajalca ter pristojne lokalne organe.

**Rok uporabnosti**

**Po proizvodnji:** 2leta, vendar ne dlje od datuma izteka.  
**Stabilnost med uporabo:** Največ 3 mesece pri priporočeni temperaturi od 5 do 25 ° C.

**Ekološke informacije**

Na splošno ni nevarno za vodo.

**Odstranjevanje**

**Priporočilo** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dispustiti, da odteče v kanalizacijo. Odlanganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

**Priporočena čistila** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.  
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands  
[www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

Rev. B01

Predvideni namen spremenjeno