

PACKAGE INSERT**REF** QRR010946

Dobavitelj

Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands**Telefon:** +31 229 291 129**Fax:** +31 229 241 534**Starrsed X-Clean****Predvideni namen**

Izdelek za samodejno čiščenje Westergrenovih pipet v Starrsed ST.

Navodila za uporabo

Izdelek se uporablja samo za Starrsed analizatorje. Izdelek je pripravljen za uporabo, za podrobna navodila glejte Priročnik za instrumente Starrsed. .

1. Odprite škatlo tako, da odtrgate perforirani del na vrhu škatle.
2. Odstranite navojni pokrov posode in izvlecite grlo steklenice iz kartonske škatle.

Napolnite posodo na instrument Starrsed v skladu z navodili v Priročniku za instrumente. Kemični/Fizikalni podatkiVsebuje glavne površinsko aktivne snovi (skupaj 0,5 mas. %) kot aktivno sestavino in nekatere pomožne snovi za povečanje učinkovitosti čiščenja (skupaj <0,25 mas. %) ter konzervans natrijev azid (<0,5 mas. ‰). Najnovejša različica varnostni lista je na voljo na spletnem mestu www.rrmechatronics.com**Transport / Skladiščenje / Embalaža**

Transport pri 5 - 60 °C (največ 14 dni)

Shranjujte pri 5 - 35 °C v suhih in dobro zaprtih posodah, najbolje pri 18 do 30°C.

Starrsed X-Clean je na voljo v 5-litrskih posodah, DxŠxV 19x19x19 cm.

Varnost

O vsakem resnem incidentu v zvezi z izdelkom je treba obvestiti distributerja in/ali proizvajalca ter pristojne lokalne organe.

Rok uporabnosti**Po proizvodnji:** 2leta, vendar ne dlje od datuma izteka.**Stabilnost med uporabo:** Največ 3 mesece pri priporočeni temperaturi od 5 do 25 ° C.**Ekološke informacije**

Na splošno ni nevarno za vodo.

Odstranjevanje**Priporočilo** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dispustiti, da odteče v kanalizacijo. Odlanganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.**Priporočena čistila** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5

Revizija zaradi registracije IVDR.

Spletno mesto dodano pod naslov proizvajalca.

Dodana sta opis komponente in poglavje o varnosti.