

**PACKAGE INSERT****REF** QRR010933

Leverantör

Mechatronics Instruments B.V.  
P.O. Box 225  
1620 AE Hoorn  
The Netherlands  
**Telefon:**+31 229 291 129  
**Fax:**+31 229 241 534

**Starrsed Saline****Avsett ändamål**

Produkt för automatisk rengöring av nål- och påfyllningsmunstyckesenheten i Starrsed ESR-analysatorer. Produkten är klar att använda, se instrumentets bruksanvisning för instruktioner.

**Bruksanvisning**

Produkten ska endast användas på Starrsed-analysatorer. Produkten är klar att använda, se Starrsed-instrumentets bruksanvisning för detaljerade instruktioner.

1. Avlägsna nivåsensorn och distansbrickan från instrumentets tomma behållare.
2. Ta bort den tomma behållaren.
3. Sätt i den nya behållaren.
4. Öppna lådan genom att riva av den perforerade delen överst på lådan.
5. Ta bort behållarens skruvlock och dra ut flaskhalsen ur wellpapplådan.
6. Installera nivåsensorn och distansbrickan enligt bilderna som finns i Starrsed-instrumentets bruksanvisning .  
Var noga med att placera korrekt nivåsensor i behållaren genom att matcha färgkoden på slangen med behållarens etikett.
7. Välj funktionen PRIME i Starrsed-instrumentets programvara för att genomföra flödningen.

**Kemiska/fysiska data**

Innehåller en isoton rengöringsreagens, fosfatbuffrad (<2 % i vikt) inklusive vissa hjälpämnen (salt och vätska; <8 % i vikt totalt) och konserveringsmedlet natriumazid (<0,5 % i vikt).

Den senaste versionen av Säkerhetsdatablad (SDS) för de reagenser som används finns på vår webbsida [www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

**Transport/Lagring/Förpackningar**

Transportera vid 5 - 60 °C (maximalt i 14 dagar).

Förvara vid 5 - 35 °C i torra förhållanden och i väl förslutna behållare. Starrsed Saline levereras i 5-litersbehållare, L x B x H 19 x 19 x 19 cm.

**Säkerhet**

Alla allvariga incidenter som inträffar i samband med produkten måste rapporteras till distributören och/eller tillverkaren samt till behöriga lokala myndigheter.

**Hållbarhet**

**Efter produktion:** 3 år, men inte längre än utgångsdatumet.

**Efter att förpackningen öppnas:** Maximalt 3 månader vid rekommenderas temperatur av 5 till 25°C.

**Ekologisk information**

I allmänhet ingen risk för vattenförorening.

## Disponering

**Rekommendation** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Avfallhanteras enligt myndigheters föreskrifter.

**Rekommenderat rengöringsmedel** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.  
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands  
[www.rrmechatronics.com](http://www.rrmechatronics.com)

Rev. 5

Revision pga IVDR-registrering

Webbplats tillagd under tillverkarens adress

Komponentbeskrivning och säkerhetskapitel tillagda