

PACKAGE INSERT**REF** QRR010905**Starrsed Cleaning Agent**

Teslimatı yapan
Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telefon: +31 229 291 129
Faks: +31 229 241 534

kullanım amacı

Starrsed ESR analizörlerinin Westergren pipetlerinden protein birikimini gidermek için ürün.

Kullanım Talimatları

Ürün yalnızca Starrsed analizörlerinde kullanım amaçlıdır. Ürün kullanıma hazırдыr, ayrıntılı talimatlar için Starrsed cihaz kullanım kılavuzuna bakın.

1. Temiz adaptörü yi adaptörün ilk işaretine kadar sıcak iyonsuz suyla doldurun.
2. Adaptörün **ikinci işaretine kadar (18 ml) temizlik maddesi** ekleyin.
3. İki kapağı da adaptörün üzerine yerleştirerek iyice karıştırın.
4. Doldurulmuş temiz adaptörü cihaz talimatlarına göre cihaza yerleştirin ve Doldurma ve Temizleme prosedürünü başlatın:

Kimyasal / Fiziksel veri

Contains surfactants in an alkaline aqueous environment as active ingredient. To booster the cleaning performance, this reagent contains some excipients (builder and sequestering agent).

Güncel Materyal Güvenliği Bilgi Formu versiyonuna www.rmechatronics.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taşıma/Depolama/Ambalajlama

Taşıma koşulları: 5-60°C, maksimum 14 gün.

Konsantre maddeyi 15-25°C arasında, tedarik edildiği kapalı, doğrudan gelen güneş ışığından, güçlü asitlerden ve alüminyumdan uzak konteynerde saklayın.

Starrsed Temizleme maddesi 100 ml'lik şişelerde tedarik edilir. QRR010905: 1 şişe

Raf ömrü

Üretimden sonra: 5 yıllar, ancak son kullanma tarihinden daha fazla değildir.

Ambalajı açtıktan sonra: Tavsiye edilen 5 ila 25°C arası sıcaklıkta maksimum 3 ay.

Ekolojik bilgiler

Ürün biyolojik olarak ayrışabilir.

Tasfiye

Tavsiye Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Tasfiyesi resmi makamların yetkilerine göre yapılır.

Tavsiye olunan temizlik maddesi Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands

Rev. 5

IVDR kaydı nedeniyle revizyon

Web sitesi üreticinin adresinin altına eklendi

Bileşen açıklaması ve güvenlik bölümü eklendi

Depolama sıcaklığı değişti (etikete eşit)

Sipariş birimi 2 adet yerine 1 adet olarak değişti