

PACKAGE INSERT**REF** QRR010931**Starrsed Diluent**

Teslimatı yapan
Mechatronics Instruments B.V.
P.O. Box 225
1620 AE Hoorn
The Netherlands
Telefon: +31 229 291 129
Faks: +31 229 241 534

Kullanım amacı

Starrsed ESR analizörlerindeki kan örneklerinin otomatik seyreltimi için geliştirilmiştir. Ürün kullanıma hazır, talimatlar için cihaz kullanım kılavuzuna bakınız.

Kullanım Talimatları

Ürün yalnızca Starrsed analizörlerinde kullanım amaçlıdır. Ürün kullanıma hazırdır, ayrıntılı talimatlar için Starrsed cihaz kullanım kılavuzuna bakın.

STARRSED ST:

1. Kutunun üst kısmındaki delikli kısmı yırtarak kutuyu açın.
2. Konteynerin döner kapağını çıkarın ve bıçakları boyunlarından asılarak karton kutulardan çıkarın.
3. Starrsed cihazdaki yerleşik kabı, cihaz kullanım kılavuzundaki talimatlara göre yeniden doldurun.

DİĞER TÜM STARRSED CİHAZLAR:

1. Cihazdaki boş konteynerden seviye sensörünü ve ara parçasını çıkarın.
2. Boş konteyneri çıkarın.
3. Yeni konteyneri yerleştirin.
4. Kutunun üst kısmındaki delikli kısmı yırtarak kutuyu açın.
5. Konteynerin döner kapağını çıkarın ve bıçakları boyunlarından asılarak karton kutulardan çıkarın.
6. Seviye sensörünü ve ara parçasını Starrsed cihaz kullanım kılavuzunda verilen resimlere göre kurun. Tüpteki ve konteyner etiketindeki renk kodlarını eyletirmek için, konteyner uygun seviye sensörünü yerleştirdiğinizden emin olun.
7. Pompalama işlemi gerçekleştirme için Starrsed cihaz yazılımından POMPALA işlevini seçin.

Kimyasal / Fiziksel veri

İzotonik miktarda sitrat (ağırlıkça <math>< 3,5\%</math>) ile birlikte koruyucu sodyum azid (ağırlıkça <math>< 0,5\%</math>) içerir. Güncel Materyal Güvenliği Bilgi Formu versiyonuna www.rmechatronics.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taşıma/Depolama/Ambalajlama

5-60°C arasındaki sıcaklıklarda taşıyın (maksimum 14 gün).

5-35°C arasındaki sıcaklıklarda, uygun şekilde kapatılmış konteynerlerde saklayın. Starrsed Diluent 5 litrelik kaplarla birlikte tedarik edilir, LxWxH 19x19x19 cm.

Emniyet

Ürün ile ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar, distribütöre ve/veya üreticiye ve yetkili yerel makamlara bildirilmelidir.

Raf ömrü

Üretimden sonra: 3 yıl, ancak son kullanma tarihinden daha fazla değildir.

Ambalajı açtıktan sonra: Tavsiye edilen 5 ila 25°C arası sıcaklıkta maksimum 3 ay.

Ekolojik bilgiler

Suyu tehdit sınıfı (D) (Öz değerlendirme): Suyu hafif tehdit edicidir.

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Tasfiye

Tavsiye Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

Tavsiye olunan temizlik maddesi Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaaag, The Netherlands
www.rrmechatronics.com

Rev. 5:

IVDR kaydı nedeniyle revizyon

Web sitesi üreticinin adresinin altına eklendi

Bileşen açıklaması ve güvenlik bölümü eklendi